



Anvisning för införskaffande av ny eller skrotning av gammal röntgenutrustning

Införskaffande av ny, skrotning av befintlig eller upplåtelse av röntgenutrustning SKALL i förväg anmälas till och godkännas av strålsäkerhetsexperten.

Införskaffande av ny utrustning

Om införskaffandet föregås av en upphandling skall strålsäkerhetsexperten ingå i "upphandlingsgruppen".

Om införskaffandet inte föregås av en upphandling skall den/de lokaler som avses för utrustningen i förväg vara godkända av strålsäkerhetsexperten och utrustningen vara säker strålskyddsmässigt.

Utrustning som enl. SSM föreskrift SSMFS 2018:2 kräver en anmälan och får inte tas i bruk förrän SSM lämnat en bekräftelse på att anmälan mottagits. Anmälan görs av strålsäkerhetsexperten.

Skrotning av gammal utrustning

Utrustning som skrotas och finns med i aktuellt registerutdrag från SSM skall anmälas till SSM. En sådan anmälan skall innefatta ett intyg från den som mottagit och skrotat utrustningen. Inför skrotningen skall utrustningen göras obrukbar t.ex. genom att klippa av högspänningskabeln. Utrustningen får heller inte innehålla något radioaktivt material eller vara kontaminerad t.ex. genom inducerad radioaktivitet. Anmälan görs av strålsäkerhetsexperten.

Upplåtelse av utrustning

En upplåtelse till annan användare, såväl inom som utanför SLU måste först godkännas av strålsäkerhetsexperten. Om mottagaren är utanför SLU, t.ex. ett annat universitet, är det SLU's ansvar att förvissa sig om att mottagaren har tillstånd att använda utrustningen. Upplåtelsen måste vara tidsbegränsad och får ej vara bortom slutdatumet för SLU's tillstånd.